

Số: 98 /TM-YHB

Hải Phòng, ngày 4 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc mời chào giá Mua dao mổ siêu âm; Mua bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Emotion 6 và Bảo dưỡng toàn bộ máy

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Y học biển có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: **Mua dao mổ siêu âm; Mua bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Emotion 6 và Bảo dưỡng toàn bộ máy**, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Y học biển
Số 21 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Liên hệ số điện thoại 02253 519 687 (nhánh 502), Phòng quản trị vật tư - thiết bị y tế.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận văn bản giấy trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư, Viện Y học biển
 - Hoặc gửi file trực tiếp qua Email: qtv@vinimam.org.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của Viện.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ghi trong báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế, linh phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) yêu cầu báo giá:
(Chi tiết đính kèm Phụ lục I)
- Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - Báo giá theo mẫu tại Phụ lục II đính kèm.
 - Tình trạng hàng hóa: mới 100%, chưa qua sử dụng
 - Thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
 - Các đơn vị cung cấp Bảng chào giá kèm theo tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan (nếu có) được ký bởi Người đại


diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền đại diện theo pháp luật phải ký tên, đóng dấu, đóng dấu treo hoặc đóng dấu giáp lai vào các cấu hình, thông số kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

- Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển. Bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Website của Viện Y học biển (để công khai);
- Lưu: VT, QTVT.



VIỆN TRƯỞNG

PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi



PHỤ LỤC I

(Kèm theo Thư mời số: 98/TM-YHB ngày 4 tháng 4 năm 2025 của Viện Y học biển)

1. Mua dao mổ siêu âm

STT	Tên hàng hoá	Đặc điểm, thông số kỹ thuật hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dao mổ siêu âm	<ul style="list-style-type: none">- Máy mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở đi- Máy có chức năng tự kiểm tra thông minh khi bật, hiển thị bằng màn hình LCD rõ nét và sáng, có chức năng tự động phát hiện lỗi hệ thống, dây dẫn siêu âm và tay dao mổ siêu âm, và có thể thực hiện xử lý sự cố một cách thuận tiện. Đảm bảo hoạt động chính xác, an toàn. Biên độ dao động của lưỡi dao từ $\geq 50 - \leq 100$ μm hoặc tương đương- Dây dẫn siêu âm nội soi: Tần số hoạt động: tối thiểu ≥ 55 kHz. Phù hợp sử dụng với máy chính, tương thích với các cỡ tay dao mổ siêu âm nội soi hoặc tương đương- Dây dẫn siêu âm mổ mở: Tần số hoạt động: tối thiểu ≥ 55 kHz. Phù hợp sử dụng với máy chính, tương thích sử dụng với các cỡ tay dao siêu âm mổ mở hoặc tương đương- Tay dao mổ siêu âm nội soi: phù hợp sử dụng hệ thống máy chính. Chiều dài làm việc tối thiểu $\geq 36\text{cm}$. Chiều dài lưỡi dao $\geq 14\text{cm}$. Có chức năng hỗ trợ điều chỉnh thông số hoạt động hoặc tương đương- Tay dao mổ siêu âm mổ mở: phù hợp sử dụng hệ thống máy chính. Chiều dài làm việc tối thiểu $\geq 16\text{cm}$. Chiều dài lưỡi dao $\geq 9\text{cm}$. Có chức năng hỗ trợ điều chỉnh thông số hoạt động hoặc tương đương	cái	01

Y
Đ
BIỂ

2. Mua bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Emotion 6 và Bảo dưỡng toàn bộ máy.

STT	Tên hàng hoá	Đặc điểm, thông số kỹ thuật hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Emotion 6	<ul style="list-style-type: none"> - Bóng phát tia X mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở đi - Lắp đặt theo tiêu chuẩn phù hợp với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính Somatom Emotion 6 lát cắt của hãng Siemens đang có tại Viện. 	cái	01
2	Bảo dưỡng toàn bộ máy	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra nguồn cấp 3 pha cho hệ thống cắt lớp - Bảo dưỡng gantry. - Bảo dưỡng cáp cao thế, bóng phát tia, khối cao áp, thêm mỡ cao áp cho bóng, khối cao áp. - Bảo dưỡng bàn chụp, - Kiểm tra, hiệu chỉnh các thành phần chuyển động, bổ xung mỡ bôi trơn. - Kiểm tra, Backup sao lưu phần mềm - Hiệu chỉnh các thông số chụp: kV, mAs. - Thay thế dầu làm mát, hút chân không - Bảo dưỡng, vệ sinh quạt làm mát - Hiệu chỉnh nguồn cấp cho bộ giải nhiệt 	HT	01

PHỤ LỤC II: BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số: 98 /TM-YHB ngày 4 tháng 4 năm 2025 của Viện Y học biển)

TÊN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

Kính gửi:

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là tên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục vật tư, thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)



